

ПАСПОРТ № CHRS-28072023

Раствор буферный pH 7,01 +/-0,01
при температуре +25 °C

Изготовитель:	Химреактивснаб, Россия		
Партия:	28072023	Дата изготовления:	28.07.2023
		Гарантийный срок хранения	2 года
Вид и тип тары:	2-9	Группа фасовки:	V

Наименование параметров	Требования
Аттестованное значение pH буферных растворов	pH 7,01+/-0,01 при t= +25 °C
Погрешность	±0,01 pH
Условия хранения	Хранить при температуре от +5 до +25 °C плотно закрытым, не допускать испарения.

Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления

Только для лабораторного и промышленного применения

Инструкция по использованию буферных растворов


Перелейте необходимый объем раствора в чистый лабораторный стакан, как можно скорее закройте флакон.

Поместите подготовленный электрод или систему электродов калибруемого pH-метра в раствор и произведите калибровку в соответствии с руководством по эксплуатации pH-метра.

Не допускается повторное использование. Не переливайте назад во флакон остатки во избежание загрязнения всего раствора, использованный раствор подлежит утилизации.

Хранить буферный раствор не более 30 суток при температуре от +4 до + 25C в плотно закрытом флаконе.

Начальник ОТК



Р.Х. Юланова